



宁波大禾仪器有限公司
NINGBO DAHE INSTRUMENT Co., Ltd.

染色摩擦色牢度仪

文件编号 Document No.	版次/修订 Ver. / Rev. No.	发布日期 Issue Date
DAHE-Q-07-A0	A0	

制定人 Written by	审核人 Checked by	批准人 Approved by
签名 Sign-off	签名 Sign-off	签名 Sign-off

日期 Date:	日期 Date:	日期 Date:
----------	----------	----------

Y571B 型染色摩擦色牢度仪

用途：用于测试纺织品摩擦色牢度。

适用范围：GB/T 3920-2008、ISO 105 X12:2001、AATCC 8、GB/T 5712-1997 等

一、试验准备

接通电源。

二、试验过程

- 1.把试样平铺在试样台上，拉紧夹好，不使松动；
- 2.将贴衬布放在套圈上，贴紧摩擦头上推套圈，夹住贴衬布；
- 3.转动捏手，放下往复扁铁；
- 4.按下起动钮，仪器开始工作；
- 5.摩擦头自动摩至所需次数，共计来回 10 次；
- 6.将捏手按顺时针方向转动，撑起往复扁铁；
- 7.如果试样是湿的，必须通过轧辊，保持一定含水量后再进行试验。

三、试验结束

- 1.切断电源；
- 2.清洁仪器。

四、维护保养

- 1.长期不用，将轧辊放松。
- 2.砂纸半年调换一次；
- 3.每周系统清洁仪器一次。

五、核查方法

每半年定期做一次与其他实验室的对比试验，比较结果的差异程度。